

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

## FAIXA

CAPACIDADE DE MEDIÇÃO  
E CALIBRAÇÃO (CMCT)

## INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE MASSA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FAIXA	CAPACIDADE DE MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO (CMCT)
Balança	0,0010 g até 100 g	0,0002 g
	>100 g até 210 g	0,0004 g
	>210 g até 1000 g	0,02 g
	>1000 g até 5000 g	0,06 g
	>5 kg até 50 kg	0,001 kg
	>50 kg até 1000 kg	0,08 kg
	>1000 kg até 5000 kg	0,4 kg

**Observações:**

1 - A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se à menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%.

2 - A CMC identificada por um asterisco (\*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.

3 - O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas às propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.